

Datum: 16 december 2025

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: clindamycine bepaling bij *S. aureus* in de Phoenix

Signaal:

Een aantal Nederlandse laboratoria heeft opgemerkt dat bij de bepaling van de gevoeligheid voor clindamycine er bij *S. aureus* mogelijk een probleem optreedt. Dit geldt bij de bepaling met een MIC 0.5 mg/L. Met de huidige EUCAST breekpunten wordt dit gerapporteerd als "R". Echter bij confirmatie van deze bevinding met een disk diffusie methode is het merendeel clindamycine S. het probleem is aan het licht gekomen doordat het percentage clindamycine resistentie bij *S. aureus* ineens fors gestegen was.

BD is op de hoogte van bovenstaande en is momenteel met een onderzoek bezig.