

Datum: 16 december 2025

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: foutief gemeten resistentie carbapenems en andere bètalactamantibiotica bij vitek® kaart AST-N447 (lotnummer 0853293604).

Signaal:

Er is momenteel een probleem met de vitek® kaartjes AST-N447. Het gaat hierbij in ieder geval om lotnummer 0853293604. Het is opgemerkt dat carbapenems, maar ook andere bètalactamantibiotica foutief resistent gemeten worden. Het probleem lijkt bij een minderheid van de kaarten te spelen en wordt daarom niet snel ontdekt via kwaliteitscontrole.

Het probleem wordt momenteel verder in kaart gebracht.

BioMérieux is op de hoogte van bovenstaande.