Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

Datum: 16 december 2025; update september 2026

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: foutief gemeten resistentie carbapenems en andere beta-lactam antibiotica bij vitek® kaart AST-N447 (lotnummer 0853293604).

Signaal:

Er is momenteel een probleem met de vitek® kaartjes AST-N447. Het gaat hierbij in ieder geval om lotnummer 0853293604. Het is opgemerkt dat carbapenems, maar ook andere beta-lactam antibiotica foutief resistent gemeten worden. Het probleem lijkt bij een minderheid van de kaarten te spelen en wordt daarom niet snel ontdekt via kwaliteitscontrole.

Het probleem wordt momenteel verder in kaart gebracht.

Update juli 2026

In mei 2026 heeft BioMérieux middels een schrijven laten weten dat er scheurtjes in de beschermende folie/sealing zijn waargenomen in de kaartjes waarin vals-resistente waarnemingen voorkwamen. Kaarten met intacte sealing vertonen geen afwijkingen. Momenteel wordt deze sealingsproblematiek verder onderzocht.

Download van SWAB.nl | 2026-11-18 17:16