Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)

Datum: september 2026

Categorie: signaal vanuit Nederland

Onderwerp: sensititre microdilutiepanel is CLSI methode

Signaal:

Er zijn geen problemen met het sensititre gist panel (ThermoFisher). Echter, het is belangrijk dat voor de interpretatie van de resultaten gebruikt wordt gemaakt van CLSI breekpunten.

Achtergrond:

Het Sensititre gisten panel is gebaseerd op de CLSI methode. Deze methode verschilt met die van de EUCAST in de broth die gebruikt wordt, de vorm van de welletjes en de afleesmethode. Het is dus belangrijk dat bij de interpretatie van de data CLSI breekpunten en geen EUCAST breekpunten worden gebuikt.

Download van SWAB.nl | 2026-11-18 17:16